



Ur.broj: 238/10-111- 210-2 /20.

Ivanić-Grad, 17. veljače 2020.

n/p SVIM PONUDITELJIMA

Predmet: **odgovori na opite ponuditelja o nabavi opreme za dvoranu za medicinske vježbe, Ev.**
broj: N-5/20, objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2020/S 0F2-0005339

1. Ponuditelj je naručitelju postavio upit kako slijedi:

„Prilikom pregleda DOKUMENTACIJE O NABAVI OPREME ZA DVORANU ZA MEDICINSKE VJEŽBE Evidencijski broj: N-5/20, u dijelu koji se odnosi na :

4.2. Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta; 4.2.1. Popis glavnih isporuka robe navedeno je slijedeće:

„Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini isporučio robu istu ili sličnu predmetu nabave. **Pojedinačna vrijednost isporuke robe ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave.** Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno isporučiti robu koja je predmet nabave.“

Kako je uobičajeno da se isto traži od ponuditelja ali sa definicijom da **Pojedinačna vrijednost isporuke robe ne smije biti NIŽA od procijenjene vrijednosti nabave robe ili da barem jednaka isporuka u navedenom periodu od procijenjene vrijednosti nabave,** a obično sve u svrhu da se javljaju samo sposobni ponuditelji koji mogu jamčiti isporuku navedenih količina i iznosa, molim o pojašnjenje kako bismo izbjegli sve potencijalne nedoumice jer se sa navedenom definicijom iz natječaja dobiva dojam da se mogu javiti samo ponuditelji koji nisu imali isporuke iznad te cifre?

Naručitelj na postavljeni upit odgovara:

U točki 4.2.1. Dokumentacije o nabavi opreme za dvoranu za medicinske vježbe propisano je:

4.2.1. Popis glavnih isporuka robe

„Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini isporučio robu istu ili sličnu predmetu nabave. **Pojedinačna vrijednost isporuke robe ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave.** Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno isporučiti robu koja je predmet nabave.“

Člankom 268. st.6. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 120/16) propisano je:

„Smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz stavka 1. točka 1., 2. ili 3. ovog članka **razmjernan predmetu nabave** odnosno grupi predmeta nabave ako se traži dokaz o izvođenju radova,

isporuci robe ili pružanju usluga čija pojedinačna vrijednost nije viša od procijenjen vrijednosti nabave, odnosno grupe predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe, s time da javni naručitelj može odrediti i blaže uvjete.“

Radi navedenog, naručitelj smatra da je sukladno članku 268. st. 1. toč. 2. i st. 6. Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 120/16) i članku 9. st. 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/2012) odredio uvjete za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti.

2. Ponuditelj je naručitelju postavio upit kako slijedi:

„Poštovani,

U Dokumentaciji o nabavi opreme za dvoranu za medicinske vježbe evidencijski broj: N-5/20 dali ste vrlo precizan opis I tehničke specifikacije predmeta nabave. Većina stavki je toliko precizna u opisu da uključuje opremu samo jednog proizvođača.

Jasno nam je da ustanova kao što je vaša želi imati vrhunsku isključivo profesionalnu opremu no nije nam jasno sljedeće:

- Traka za trčanje s motorom snage minimalno 8KS- da li mislite kontinuirane snage ?
 - Stavili ste kao TECHNO GYM ali prema osnovnim tehničkim karakteristikama trake za trčanje koje ste stavili da moraju imati: površina za trčanje minimalno 151cm x 56cm, maksimalna težina korisnika minimalno 180 kg, dimenzije sprave minimalno 205cm, maksimalno 215cm dužine, minimalno 90 cm, a maksimalno 95cm širine, traka ne smije biti lakša od 190kg, niti teža od 220kg – čak niti jedna njihova traka ne odgovara.
 - Zašto: minimalno 205cm, maksimalno 215cm dužine, minimalno 90 cm, a maksimalno 95cm širine, traka ne smije biti lakša od 190kg, niti teža od 220kg?
 - Kod orbitreka se ponavlja ista situacija – naveli ste kao Life fitness I Techno gym ali po dimenzijama sprave koje ste naveli niti jedan orbitrek Techno gym ne odgovara.
 - Zasto veslacki ergometar mora biti isključivo na vodeni otpor zasto ne postoji mogućnost nuđenja Concpet veslackih ergometra koji su u tom segmentu najbolji i najkvalitetniji na svijetu. Čemu se limitira maksimalna dužina ergometra na 220cm i koji je razlog tome?
 - Bicikl za grupno vježbanje- ne možemo nuditi Spinning bike of firme Precor koji su izumili spinning bicikle jer neke od nebitnih specifikacija ne odgovaraju opisu iz troškovnika poput dimenzija min 130 cm a max. 135 cm. Te dimenzije ne utječu na kvalitetu ili funkcionalnost samoga uređaja. Što znači obostrani pogon, lanac plus remen? Niti technogym nema takav bicikl, a niti Schwinn da odgovaraju točno ovim specifikacijama. Schwinn je dužina 123.7cm i kao takav ne zadovoljava vase uvjete. Technogym je dužine 117cm. Jedino je Life fitness dužine 132cm. Technogym ima Q factor 170mm(6.7”), a vidimo u specifikaciji da je obavezan Q factor od 150mm. Mogućnost rada u grupnom treningu putem aplikacije s prikazom osnovnih rezultata vježbe na zajedničkom ekranu (grupni trening s ciljanom vježbom), a uzimate jedan bicikl.
- Da se više ne ponavljamo, ista stvar je kod svih tehničkih opisa vezano za dimenzije sprava koje odgovaraju samo jednom proizvođaču.

Nadamo se da ste ovakvu tehničku specifikaciju napravili u želji ostvarivanja učinkovite javne nabave kojom bi ekonomično I svrhovito trošili javna sredstva te dobili kvalitetnu profesionalnu opremu ali vjerujte dimenzije za to nisu bitne .

Naručitelj na postavljeni upit odgovara:

Opis stavki je napravljen kao što ste zaključili kako bismo izbjegli nuđenje robe ispod kvalitete koju kao ozbiljna ustanova želimo osigurati za svoje korisnike ali također i za dugotrajno korištenje bez dodatnih ulaganja. Brand PRECOR koji ste spomenuli nam je dakako prihvatljiv i vrlo poželjan jer prema stručnom mišljenju kolege koji je predlagao opremu je jedan od ponajboljih.

Sukladno tomu, možemo ponuditi sljedeće odgovore na Vaša pitanja:

TRAKA ZA TRČANJE:

Razlog odabira dužine/širine/težine je iz razloga jer smo smatrali da je oprema manjih dimenzija značajno nekvalitetnija. No također poštujući dimenzije prostora, a i naknadne mogućnosti izmještaja opreme u obzir moramo uzeti i ukupne dimenzije i težine kao jednu od karakteristika.

Traka za trčanje može biti dimenzijama $\pm 5\text{cm}$, također težina može biti prihvatljiva $+15\text{kg}$ (zbog manipulacije iste želimo postaviti neku razumnu granicu).

Snaga motora je 8KS maksimalno, a minimalno kontinuirane snage 4KS ili više.

Površina za trčanje nam je bitna te ostajemo pri istoj, a naravno prihvatljivo je i veća.

Ostale karakteristike prema prethodno navedenom.

ELIPTIČNI TRENAŽER-ORBITREK

Razlog odabira dužine/širine/težine je iz razloga jer smo smatrali da je oprema manjih dimenzija značajno nekvalitetnija. No također poštujući dimenzije prostora, a i naknadne mogućnosti izmještaja opreme u obzir moramo uzeti i ukupne dimenzije i težine kao jednu od karakteristika.

Dimenzije orbitreka prihvatljive $\pm 12\text{cm}$

Težina orbitreka prihvatljivo $+15\text{kg}$

Ostale karakteristike prema prethodno navedenom.

BICIKL ERGOMETAR USPRAVNI

Razlog odabira dužine/širine/težine je iz razloga jer smo smatrali da je oprema manjih dimenzija značajno nekvalitetnija. No također poštujući dimenzije prostora, a i naknadne mogućnosti izmještaja opreme u obzir moramo uzeti i ukupne dimenzije i težine kao jednu od karakteristika.

Dimenzije bicikla prihvatljivo $+20\text{cm}$ dužina i $+5\text{cm}$ širina

Težina bicikla prihvatljivo $+10\text{kg}$

Ostale karakteristike prema prethodno navedenom.

BICIKL ERGOMETAR HORIZONTALNI

Razlog odabira dužine/širine/težine je iz razloga jer smo smatrali da je oprema manjih dimenzija značajno nekvalitetnija. No također poštujući dimenzije prostora, a i naknadne mogućnosti izmještaja opreme u obzir moramo uzeti i ukupne dimenzije i težine kao jednu od karakteristika.

Dimenzije bicikla prihvatljivo $+10\text{cm}$ dužina i $+5\text{cm}$ širina

Težina bicikla prihvatljivo $+10\text{kg}$

Ostale karakteristike prema prethodno navedenom.

VESLAČKI ERGOMETAR

Kod podesivog vodenog otpora, otpor kreiran pomoću tekućine u odnosu na zaveslaj pruža konzistentnu i vrlo precizno mjerljivu razinu otpora koja se može također vrlo precizno prilagoditi korisnikovim mogućnostima (važno kod rehabilitacije). Otpor putem tekućine (vode u ovom slučaju) osigurava trenutni otpor (tzv „catch“) i stalan otpor tijekom cijelog pokreta zaveslaja, baš kao i veslanje u čamcu na vodi što nam je terapijski jako bitno.

Dimenzije sprave duljina prihvatljivo $+ 20\text{cm}$

Ostale karakteristike prema prethodno navedenom.

BICIKL ZA GRUPNO VJEŽBANJE

Dimenzije dužina/širina prihvatljivo $\pm 10\text{cm}$

Q factor prihvatljivo $+20\text{mm}$

Obostranim pogonom se osigurava maksimalna preciznost mjerenja otpora u Wattima, a gdje je naš zahtjev maksimalne pogreške mjerenja 1% kako bismo osigurali maksimalne terapijske rezultate. Ukoliko oprema

koju spominjete ima tu karakteristiku prihvatiti ćemo tu opremu kao jednakovrijednu. (molimo kod ponude priložiti tehničku dokumentaciju koja to potkrepljuje)
Mogućnost rada u grupnom režimu je zbog naših budućih planova i ostaje kao zahtjev.
Ostale karakteristike prema prethodno navedenom.

Preostala oprema sprave SNAGE:

Razlog odabira dužine/širine/težine je iz razloga jer smo smatrali da je oprema manjih dimenzija značajno nekvalitetnija. No također poštujući dimenzije prostora, a i naknadne mogućnosti izmještaja opreme u obzir moramo uzeti i ukupne dimenzije i težine kao jednu od karakteristika.

Težine utega i otpori MORAJU biti isti ili veći od traženog u natječajnoj dokumentaciji.

Ravnatelj:

Goran Maričić, dr.med.

DOSTAVITI:

1. Stručno povjerenstvo naručitelja,
2. Pismohrana

Naitalan
SPECIALNA BOLNICA ZA
MIŠIČANSKU REHABILITACIJU
IVANČIĆ-GRAD, Cmilacinska 23a